




УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-БУРГАС" АД
гр.Бургас, п.к. 8000, бул."Стефан Стамболов"№73, e-mail: dirmbal@abv.bg
тел.+359(56)810 547 +359(56)810 592



РАЗЯСНЕНИЕ

На основание чл.33 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/, във връзка с постъпило на 19.03.2020г. под вх. № 3781 искане за предоставяне на разяснение по документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП, с предмет: **„Периодични доставки на лабораторни реактиви и консумативиза нуждите на „УМБАЛ – Бургас“ АД.“**, правим следните разяснения по документацията за провеждане на процедурата:

Въпрос №1: В Обособена позиция **№16** от Техническата спецификация - "Експресни ленти за урина", която съдържа три номенклатури, в колона "Вид на разфасовката и форма на консуматива/реактива,, е записана мерна единица "фл."

Молим да поясните колко броя експресни ленти за урина трябва да съдържа 1 флакон.

Отговор: В предлаганите флакони следва да се съдържат по 100 (сто) броя експресни ленти.

Въпрос 2: В Обособена позиция **№16** от Техническата спецификация - "Експресни ленти за урина", в колона "Наименование на лабораторния консуматив/реактив" срещу номенклатура 3 е записано "Комбинирани".

Молим да поясните в комбинираните експресни ленти за урина колко броя химични показатели трябва да са включени и кои са те.

Отговор: Комбинираните експресни ленти следва да включват 5 (пет) броя химични показатели, като флаконите следва да съдържат по 100 (сто) броя експресни ленти.

ИП

ИЗП. ДИРЕКТОР НА
„УМБАЛ – БУРГАС“ АД:

/д – р Б. Миразчийски/

